

Bei Spontanatmung und ausreichender Kooperation

- NIV**
- Druckunterstützung 8 mbar, PEEP 5 mbar
 - Trigger 3/min, Rampe steil
 - Sauerstoff 100% (Beginn)

Mögliche Anpassungen

PEEP bis 10 mbar,
Druck bis 15

SpO₂-Ziel

bei COPD: 88 • 92 % SpO₂
sonst: 92 • 96 % SpO₂

Vorraussetzung

fehlender Erfolg vorheriger Maßnahmen nach Algorithmus